



Kivetni test za molibden; 3–300 mg/L Mo

Številka izdelka:

LCK330

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	Tioglikolna kislina
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	3 - 300 mg/L Mo
Parameter:	Molibden
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C (naj bo hlajeno)
Število testov:	24