



Kivetni test za butanojske kisline; 50–2500 mg/L

Številka izdelka:

LCK365

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	Esterifikacija
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	50 - 2500 mg/L kot očetna kislina
Opis:	Organske kisline (maščobne kisline)/butanojska kislina
Parameter:	Organske kisline
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Število testov:	25