



Kivetni test BOD₅ ; 4–1650 mg/L O₂

Številka izdelka:

LCK555

Nearno

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	EN 1899-1
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	4 - 1650 mg/L O ₂
Opis:	Biološka potreba po kisiku, 5 dni
Parameter:	BOD ₅
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C (naj bo hlajeno)
Število testov:	39