Komplet reagentov LeadTrak

Številka izdelka: **2375000**

EUR Cena: Kontakt
Datum pošiljanja ni prikazan

Nevarno

V kislini topni svinec v vzorcu pitne vode se najprej koncentrira v hitrem kolonskem ekstraktorju. Svinec se nato eluira iz ekstraktorja in kolorimetrično določi z indikatorjem.

Komplet reagentov za določanje svinca s hitro kolonsko ekstrakcijo LeadTrak™. Metoda Hach 8317. razpon: od 5 do 150 µg/L kot Pb. Velikost vzorca: 100 mL. 20 testov/komplet reagentov.

Specifikacije

Ime metode:	LeadTrak
Inštrument:	Vsi razen DR/800
Merilno območje:	5 - 150 µg/L Pb
Parameter:	Svinec
Shipping Method:	Lead Reagent set
Številka metode:	8317
Število testov:	20