Reagent za krom; ACCUVAC; 0,010–0,700 mg/L Cr (VI)

Številka izdelka: **2505025** Nevarno

ZASTAREL IZDELEK
Ta izdelek ni več na voljo.

Predlagani nadomestki:
- 1271099

Ampule vsebujejo natančno določeno količino reagenta za en test in jih lahko uporabljate kot merilne kivete. Za določanje kroma, šestvalentnega. Ovoj 25 ampul.

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	1,5-difenilkarbohidrazid
Inštrument:	Vsi razen DR/850, DR/820
Merilno območje:	0,010 - 0,700 mg/L Cr^{6+}
Parameter:	Krom
Platforma:	Accuvac
Prostornina / velikost paketa:	25 /pk
Številka metode:	8023
Število testov:	25