

Skupni klor, praškasti reagent v blazinicah DPD; pk/1000

Številka izdelka: **2105628**

EUR Cena:
Na voljo

Kontakt

Nevarno





Praškasti reagent v blazinicah DPD za določanje skupnega klora. Razpon merjenja od 0,02 do 2,00 mg/L Cl_2. Za 10-mL vzorec.

Specifikacije

EPA compliant:	Da
Ime metode:	DPD
Inštrument:	Vsi razen DR/3000, DR/2000
Merilno območje:	0,02 - 2,00 mg/L Cl_2
Parameter:	Klor, skupni
Platforma:	Praškasti reagenti
Pogoji skladiščenja:	10 - 25 °C
Številka metode:	8167
Število testov:	1000