

Komplet reagentov za klorov dioksid; 0,01–1,00 mg/L ClO_2

Številka izdelka: **2242300**

Nevarno

EUR Cena:
Odprema v 2 tednih

Kontakt



Za določanje klorovega dioksida, metoda z rdečim klorofenolom. Za 50-mililitrski vzorec. 100 testov.

Specifikacije

Ime metode:	Rdeči klorofenol
Inštrument:	Vsi razen DR 900, PC II
Merilno območje:	0,01 - 1,00 mg/L ClO_2
Parameter:	Klorov dioksid
Številka metode:	8065
Število testov:	100