



Kivetni test za TOC (metoda čiščenja); 3–30 mg/L C

Številka izdelka:

LCK385

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Uradno odobreno za dogovorjene mejne vrednosti. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka s črtno kodo za samodejno prepoznavo v fotometru

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

EPA compliant:	n.p.
Ime metode:	EN 1484, DIN 38409-H3
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	3 - 30 mg/L C
Opis:	Skupni organski ogljik
Parameter:	TOC
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C (naj bo hlajeno)
Potrebna digestija:	Da
Standard method:	EN 1484
Število testov:	25