



1408 µS/cm; Certificiran referenčni material CRM; standardna raztopina za prevodnost, kot določa OIML; KCl 0.01D; 500 mL

Številka izdelka: S51M003
EUR Cena: Kontakt
Na voljo

Certificiran referenčni material CRM v skladu s standardom EN ISO 17034

Certificiran referenčni material CRM – standardna raztopina za prevodnost v skladu z DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) z analiznim certifikatom* za poročanje natančnih vrednosti prevodnosti. Zagotovljen rok uporabnosti v zrakotesni aluminijasti embalaži. 0,01 demal kalijevega klorida (KCl); prevodnost: 1408 µS/cm ±0,5 % (k=2) pri 25 °C; 500-mL posoda.

*Na voljo za prenos z naslova www.hach.com/CoA.

Akreditirani proizvajalec referenčnega materiala

Družba Hach je s strani nemškega akreditacijskega organa DAkkS akreditirana kot registrirani proizvajalec referenčnega materiala v skladu s standardom DIN EN ISO 17034:2017. Laboratorij za umerjanje družbe Hach v Berlinu je registriran v skladu s standardom DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Popolnoma sledljivi standardi

Z uporabo standardnih raztopin, ki jih izdeluje akreditiran proizvajalec referenčnih materialov, ste lahko popolnoma prepričani v sledljivost in izračunane negotovosti. Certificirani standardi prevodnosti so pripravljene in umerjeni v skladu z lestvico koncentracij demal, ki jo je določila mednarodna organizacija za zakonsko meroslovje (OIML – Priporočilo št. 56).

Zagotovljen 2-letni rok uporabnosti

Vsak standard je dobavljen v zrakotesno zaprti aluminijasti embalaži, ki zagotavlja varno shranjevanje.

Do prvega odpiranja je potrjen zajamčen rok trajanja 2 leti od izdaje certifikata.

Prenos potrdila

Za vsak standard je mogoče s spletnega mesta družbe Hach prenesti poseben analizni certifikat.

Dokazana sledljivost

Za vsak standard je mogoče s spletnega mesta družbe Hach prenesti posebno izjavo o skladnosti in sledljivosti. Z uporabo standardnih raztopin, ki jih izdeluje akreditiran laboratorij, ste lahko popolnoma prepričani v sledljivost in izračunane negotovosti.

Specifikacije

Formula:	KCl
Komentar:	¹ Razen za pH 7,000, ki ga pripravljamo sami v skladu s specifikacijami NIST, IUPAC in DIN 19266 za pH 6,865 in pH 7,413 ² Dansk Fundamental Metrologi A/S je akreditirana za meritve pH pri Danish Accreditation and Metrology Fund (DANAK) (št. 255)
Koncentracija:	1408 µS/cm ±0.5 % pri 25 °C

Opis:	Umeritvena raztopina za prevodnost
Package settings:	Posoda
Parameter:	Prevodnost
Platforma:	Raztopina
Pogoji skladiščenja:	10 - 25 °C (zaščiten pred svetlobo)
Prostornina / velikost paketa:	500 mL
Sledljivo po NIST-u:	Da