



pH 12,45; Certificiran referenčni material CRM; standardna raztopina pufra; IUPAC; 500 mL

Številka izdelka: **S11M008**

EUR Cena: Kontakt

Na voljo

Certificiran referenčni material CRM v skladu s standardom EN ISO 17034

Certificiran referenčni material CRM – standardna raztopina pufra pH IUPAC v skladu z DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) z analiznim certifikatom* za poročanje natančnih vrednosti pufra pH. Sledljivo po lestvici pH v skladu z IUPAC in NIST. Zagotovljen rok uporabnosti v zrakotesni aluminijasti embalaži. Brezbarvna puferska raztopina pH. pH 12,45 ±0,05 (k=2) pri 25 °C; 500-mL posoda.

*Na voljo za prenos z naslova www.hach.com/CoA.

Akreditirani proizvajalec referenčnega materiala

Družba Hach je s strani nemškega akreditacijskega organa DAkkS akreditirana kot registrirani proizvajalec referenčnega materiala v skladu s standardom DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00). Laboratorij za umerjanje družbe Hach v Berlinu je registriran v skladu s standardom DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (D-K-15184-01-00).

Popolnoma sledljivi standardi

Z uporabo standardnih raztopin, ki jih izdeluje akreditiran proizvajalec referenčnih materialov, ste lahko popolnoma prepričani v sledljivost in izračunane negotovosti. Vsi standardi so pripravljeni v skladu s specifikacijami NIST in IUPAC.

Zagotovljen 2-letni rok uporabnosti

Vsak standard je dobavljen v zrakotesno zaprti aluminijasti embalaži, ki zagotavlja varno shranjevanje.

Do prvega odpiranja je potrjen zajamčen rok trajanja 2 leti od izdaje certifikata.

Prenos potrdila

Za vsak standard je mogoče s spletnega mesta družbe Hach prenesti poseben analizni certifikat.

Dokazana sledljivost

Za vsak standard je mogoče s spletnega mesta družbe Hach prenesti posebno izjavo o skladnosti in sledljivosti. Z uporabo standardnih raztopin pufrov pH, ki jih izdeluje akreditiran laboratorij, ste lahko popolnoma prepričani v sledljivost in izračunane negotovosti.

Specifikacije

Barva kodirana?:

Ne

Komentar:

¹ Razen za pH 7,000, ki ga pripravljamo sami v skladu s specifikacijami NIST, IUPAC in DIN 19266 za pH 6,865 in pH 7,413

² Dansk Fundamental Metrologi A/S je akreditirana za meritve pH pri Danish Accreditation and Metrology Fund (DANAK) (št. 255)

Opis:

Reagent za umerjanje pufra pH

Package settings:

Posoda

Parameter:	pH
pH vrednost(i):	pH 12,45 ±0,05 pri 25 °C
Pogoji skladiščenja:	10 - 25 °C (zaščiteno pred svetlobo)
Prostornina / velikost paketa:	500 mL
Sledljivo po NIST-u:	Da