

Laton Kivetni test za skupni dušik; 1–16 mg/L TNb

Številka izdelka: **LCK138**

EUR Cena:
Na voljo

Kontakt

Nevarno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Uradno odobreno za dogovorjene mejne vrednosti. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merjenj

Zaprt sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka črtne kode za avtomatsko prepoznavanje v fotometru in kalibracija Truecal

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

---

Specifikacije

Ime metode:	EN ISO 11905-1, ISO23697-1
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	1 - 16 mg/L TN_b
Opis:	Skupni vezani dušik
Parameter:	Skupni dušik (Laton)
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	15 - 25 °C
Potrebna digestija:	Da
Standard method:	Razklop s peroksodisulfatom EN ISO 11905-1
Število testov:	25
Truecal:	Da