



Kivetni test za amonij; 0,015–2,0 mg/L NH₄-N

Številka izdelka:

LCK304

EUR Cena:

Kontakt

Na voljo

Nearno



Kivetni testi LCK: majhne količine reagentov, veliko varnosti.

Vnaprej odmerjeni reagenti za največjo možno varnost. Preprosti za uporabo in s fotometričnim vrednotenjem, zapakirani v popolnoma opremljeni škatli. Uradno odobreno za dogovorjene mejne vrednosti. Prijazno do okolja zaradi manj kemikalij.

Natančne in zanesljive vrednosti merjenj

Zaprto sistem in majhne količine reagentov zagotavljajo največjo možno varnost uporabnikov

Priročno odmerjanje reagentov brez napak

Oznaka črtne kode za avtomatsko prepoznavanje v fotometru in kalibracija Truecal

Razlikovanje med testi in merilnimi območji z barvnim kodiranjem

Specifikacije

Ime metode:	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695
Inštrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Merilno območje:	0.015 - 2.0 mg/L NH ₄ -N
Opis:	prosti amonij
Parameter:	Amonij
Platforma:	LCK
Pogoji skladiščenja:	2 - 8 °C (naj bo hlajeno)
Število testov:	25
Truecal:	Da